

Rettungsmittel	Funkrufname	Vorlaufzeit (Tag/Nacht)	Dienstzeit	Modellbezeichnung	Transportkapazität	Isolations-system	Trage Hersteller/Typ	max. Patienten-gewicht (kg)	max. Breite Patient (cm)	Breite Tragen-auflage (cm)	Ladebord-wand	Klinikbett möglich
ITW Darmstadt	DA 57/87-1 / 57/87-2	ca. 30 min. / ca. 45 min. Nacht	täglich 08:00 - 00:00 Uhr	LKW 8 To	1		Starmed SITS Heavystar	330	90	90	ja	nein
ITW Frankfurt	AKKON FFM 3/87-1	ca. 30 min.	Montag - Donnerstag 07:00 bis 23:00 Uhr, Freitag 07:00 bis 17:00 Uhr	LKW 8 To	1		Stryker Power Pro TL mit XPS	228	60 (Becken)	58-84	ja	nein
ITW Fulda	ROTKREUZ FD 9/87-1	ca. 30 min. bis max. 60 min. (keine Nacht)	Montag - Freitag 08:00 - 24:00 Uhr	LKW 12 To	1	nein	Starmed SITS Heavystar	350	90	90	ja	nein
ITW Gießen	ROTKREUZ GI 5/87-1	keine	24/7/365	Sprinter Koffer 5,3 To	1		Stryker Power Pro XT	230	90	55	nein	nein
ITW Kassel	ROTKREUZ KS 4/87-1	ca. 30 min. Tag und Nacht	24/7/365	LKW 7,5 To	1	nein	Starmed / Heavystar SITS	320	90	90	ja	nein
SRTW Kassel	FLORIAN KS 1/89-1	ca. 30 min. Tag und Nacht	Keine Vorhaltung, wird bei Bedarf nachbesetzt	LKW 8,6 To	1	nein	Stryker MX Pro Bariatic	725	65	60	ja	ja / Transportbett
ITW Main-Taunus	ROTKREUZ MTK 7/87-1	ca. 30 min.	werktäglich 09:00-17:00	Sprinter Koffer 5,3 To	1	nein	Stryker Power Pro XT	230	90	55	nein	nein
ITW Marburg	ROTKREUZ MR 14/87-1	Tag keine, ca. 30 min. Nacht / Wochendende	Montag - Freitag 07:15 - 15:45 Uhr, danach und an Wochenende Rufbereitschaft	Sprinter Koffer 5,3 To	1		Stryker Power Pro XT	230	90	55	nein	nein
ITW Marburg Reserve	ROTKREUZ MR 14/87-2	ca. 120 Min.	Keine Vorhaltung, wird bei Bedarf nachbesetzt	Sprinter Koffer 5,3 To	1		Stryker Power Pro XT	230	90	55	nein	nein
ITW Offenbach	FLORIAN OF 1/87-1	ca. 30 min.	Montag - Freitag 07:00 - 19:00 Uhr	Sprinter Koffer 5,5 To	1	IsoArk in Anschaffung	Starmed ITS-Terra 100	230	90	65	nein	nein
ITW Wetterau	AKKON WETTERAU 3/87-1	ca. 30 min	Montag - Freitag 00:80 - 18:00 Uhr	Sprinter Koffer 5,2 t	1	nein	Stryker Power Pro XT	318	84	84	nein	nein

Rettungsmittel	Schwerlastkorbrage Tragfähigkeit (kg)	Monitoring: Typ, inv. Drücke	Anzahl Perfusoren	Beatmungsgerät 1 Typ	Beatmungsgerät 2 Typ	Anzahl Absaugungen	Sauerstoff- kapazität Trage (Liter)	Sauerstoff- kapazität stationär (Liter)	mobile BGA	Sonographie	Halterung für ECMO Typ	Halterung für IABP	Airline Schienen	Universal- halterung Großgeräte
ITW Darmstadt	ja	C3 + IBP	11 + 1 Infusomat	Hamilton T1 + NEO-Modul	Hamilton T1 + NEO-Modul	2	1200	6000	ja	nein	ja	ja	ja	nein
ITW Frankfurt	nein	C3 + IBP	6	Medumat Transport	Medumat Transport	2	800	6000	ja	nein	nein	nein	ja	nein
ITW Fulda	nein	2x C3 + IBP	8	Oxylog 3000	Oxylog 3000	2	800	8800	ja	nein	Ecmo-Kompatibilität vorhanden (Boden)	ja	ja	ja (Hessen- Schienen)
ITW Gießen	nein	C3 + IBP	6	Hamilton T1 + NEO-Modul	Medumat Transport	2	800	9200	ja	nein	ja / Marquet CardioHelp - nur Bodenhalterung	nein	ja	nein
ITW Kassel	nein	C3 + IBP	8 + 1 Infusomat	Hamilton T1	Hamilton T1	2	2000	3000	ja	ja	ja / Marquet	nein	ja	ja
SRTW Kassel	ja	C3 + IBP	4-6	Oxylog 3000		2	1600	8000	nein	ja	nein / Hessenschiene mit Universalgerätehalterung	nein	ja	ja
ITW Main-Taunus	nein	C3 + IBP	6	Oxylog 3000+	Oxylog VE 300	2	400	9600	ja	nein	nein	nein	nein	nein
ITW Marburg		C3 + IBP	6	Hamilton T 1	Medumat Transport				ja		ja / Marquet CardioHelp - nur Bodenhalterung	nein	ja	nein
ITW Marburg Reserve	nein	C3 + IBP	6	Hamilton T 1 + NEO- Modul	Medumat Transport	2	800	9200	ja	nein	ja / Marquet CardioHelp - nur Bodenhalterung	nein	ja	nein
ITW Offenbach	nein	C3 + IBP	8	Hamilton T 1 + NEO- Modul	Hamilton T 1 + NEO- Modul	2	800	9200	nein	ja	ja / Marquet CardioHelp	ja	ja	ja
ITW Wetterau	nein	C3 + IBP	6	Medumat Transport	Medumat Transport	2	440	4000	nein	nein	nein	nein	ja	nein

Rettungsmittel	Dräger-Schienen / Anzahl / max. Belastung (kg)	Sonstige Ausstattung (z. B. CPR-Gerät) / Typ
ITW Darmstadt	ja, 20 kg	SpCo-Messung
ITW Frankfurt	ja, 9 x je 15 kg	Corpuls-CPR
ITW Fulda	ja	Corpuls-CPR
ITW Gießen	ja, je Seite 20 kg bzw. 12 kg (Trage)	Corpuls-CPR / Videolaryngoskop
ITW Kassel	ja, 6 x 5 kg	LUCAS / Videolaryngoskopie
SRTW Kassel	ja, 7,3 kg	Videolaryngoskopie / Sonographie
ITW Main-Taunus	ja, je Seite 20 kg bzw. 12 kg (Trage)	Corpuls-CPR
ITW Marburg	ja, je Seite 20 kg bzw. 12 kg (Trage)	Corpuls-CPR
ITW Marburg Reserve	ja, je Seite 20 kg bzw. 12 kg (Trage)	Corpuls-CPR, Videolaryngoskop
ITW Offenbach	ja, 4x, 20 kg	Videolaryngoskopie / SpCO-Messung / Corpuls-CPR in Anschaffung
ITW Wetterau	ja, 8 zu je 20 kg	Aufrüstung gem. Anforderung nach Beauftragung